Instrucciones de uso de la placa de almacenamiento de tejidos

Precaución: No se pueden utilizar productos que tengan el paquete dañado. Si ha pasado la fecha de caducidad, no se podrá utilizar el producto.
Atención durante su uso: Este dispositivo solo puede ser utilizado por un especialista que haya tomado un curso de formación. Este dispositivo es de un solo uso.
Atención durante su almacenamiento: Evitar que se produzcan golpes o presión, tales como las caídas y la aplicación de demasiada carga.
Material principal: Poliestireno
Formato: Placa de almacenamiento de tejidos
Modelo: VP 010 (10 piezas), WP 010 (10 piezas)
Embalaje: Embalaje primario: Bolsa de OPP / Embalaje secundario: Bolsa de OPP (sólo para 10 piezas)
Esterilización: Esterilizado por rayos gamma
Temperatura: Durante su almacenamiento: 10 ºC - 25 ºC
Vida útil de almacenamiento: 2 años después de la fecha de esterilización.
Finalidad de uso: Vitrificar o calentar células, tejidos, ovocitos, embriones y blastocistos de mamíferos.
Instrucciones de uso
Placa de vitrificación: Abrir una bolsa y sacar la placa. Colocarla en un soporte para microscopio. La placa tiene 3 pocillos en la parte delantera y un pocillo rectangular inclinado para Cryotec en la parte trasera. Tomar la cubierta y llenar cada pocillo con soluciones. Realizar el proceso a temperatura ambiente.
Placa de calentamiento: Abrir una bolsa, sacar la placa, mantener una cubierta cerrada y luego colocarla en la incubadora a 37 ºC <3 horas antes de su uso. Retirarla de la incubadora y colocar (el pocillo cuadrado en el lado izquierdo) en el soporte para microscopio. Tomar la cubierta y llenar cada pocillo con soluciones.
Realizar el proceso a temperatura ambiente.
Proceso de eliminación:Dado que podría estar contaminado después de su uso, desechar el producto ya utilizado de acuerdo con las leyes y regulaciones del país.

REPROLIFE Inc.
2-5-3-9F Shinjuku Shinjuku-ku Tokio, 160-0022 Japón
Teléfono: +81359258931
Correo electrónico: contact@reprolife.jp URL del producto: https://reprolife.jp/en

EC REP **MT Promedt Consulting GmbH**
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Alemania
Teléfono: +496894581020

CE 0344

Vitrificación



Calentamiento



* Se recomienda su uso combinado con la solución de vitrificación y de calentamiento, y Cryotec.

Abreviaturas: OPP (polipropileno orientado), ES (solución de equilibrio), VS1 (solución de vitrificación 1), VS2 (solución de vitrificación 2), TS (solución de calentamiento), DS (solución diluyente), WS1 (solución de lavado 1), WS2 (solución de lavado 2), LN2 (nitrógeno líquido)

Símbolo

N.º	Símbolo	Descripción	N.º	Símbolo	Descripción	N.º	Símbolo	Descripción
1		Fabricante	7		No reutilizar	13		Limitación de temperatura
2	REF	Número de catálogo	8		No reesterilizar	14	JP	País de fabricación Hecho en Japón
3	EC REP	Representante autorizado en la CE	9	STERILE R	Esterilizado mediante irradiación	15	MD	Dispositivo médico
4		Fecha de vencimiento	10		Consultar las instrucciones de uso	16		Sistema de barrera estéril simple con envase protector exterior
5		Fecha de fabricación	11	CE 0344	Marcado CE aprobado por DEKRA	17	XXX	Contiene o presencia de
6	LOT	Código de lote	12		No utilizar si el envase unitario está abierto o dañado	18		