Инструкции за употреба на плочата за съхранение на ъкани

Предпазни мерки: Не използвайте продукти с повредена опаковка. Не използвайте този продукт, ако датата на валидност е изтекла.
Внимание по време на употреба: Това устройство трябва да се използва само от специалист, преминал курс на обучение. Това устройство е предназначено само за еднократна употреба.
Внимание по време на съхранение: Пазете от удар или натиск, като например изпускане и прилагане на голямо натоварване.
Основен материал: Полистирен
Форма: Плоча за съхранение на тъкани
Модел: VP 010 (10 бр.), WP 010 (10 бр.)
Опаковка: Основен пакет: OPP торба / Вторичен пакет: OPP торба (само за 10 броя)
Стерилизация: Гама стерилизация
Температура: По време на съхранение: 10°C~ 25°C
Срок на годност: 2 години след датата на стерилизация.
Предназначение: За витрифициране или затопляне на клетки, тъкани, ооцити, ембриони и бластоцисти от бозайници.
Инструкции за употреба
Плоча Vitri: Отворете торбичката и извадете плочата. Поставете я върху стойката на микроскопа. Плочата има 3 кладенчета на предната страна и канал за Cryotec на задната страна. Свалете капака и напълнете всяко кладенче с разтвор. Проведете процедурата при стайна температура.
Топла плоча: Отворете торбичката, извадете плочата, дръжте капака затворен и след това поставете плочата в инкубатор при температура 37°C < 3 часа преди употреба. Извадете плочата от инкубатора и я поставете на стойката на микроскопа (квадратното кладенче от лявата страна). Свалете капака и напълнете всяко кладенче с разтвор.
Проведете процедурата при стайна температура.
Процедура за изхвърляне: Тъй като употребеният продукт ще бъде замърсен, моля, изхвърлете го правилно в съответствие със законите и разпоредбите на страната.

REPROLIFE Inc.
2-5-3-9F Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japan Телефон: +81359258931
Имейл: contact@reprolife.jp URL адрес на продукта : https://reprolife.jp/en

EC REP **MT Promedt Consulting GmbH**
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Germany
Телефон: +496894581020

CE 0344

Витрификация



Затопляне



* Препоръчва се комбинирано използване с разтвор за витрификация и затопляне и Cryotec.

Съкращения: OPP (ориентиран полипропилен), ES (разтвор за еквилибрация), VS1 (разтвор за витрификация 1), VS2 (разтвор за витрификация 2), TS (разтвор за затопляне), DS (разтвор за разреждане), WS1 (разтвор за промиване 1), WS2 (разтвор за промиване 2), LN2 (течен азот)

Символи

№	Символ	Описание	№	Символ	Описание	№	Символ	Описание
1		Производител	7		Не използвайте повторно	13		Температурни ограничения
2	REF	Каталожен номер	8	STERILIZE	Не стерилизирайте повторно	14	JP	Страна на производство Произведено в Япония
3	EC REP	Упълномощен представител в ЕО	9	STERILE R	Стерилизирано чрез облъчване	15	MD	Медицинско изделие
4		Срок на годност	10		Вижте инструкциите за употреба	16		Система с еднократна стерилна опаковка с външна защитна опаковка
5		Дата на производство	11	CE 0344	CE маркировка, одобрена от DEKRA	17	XXX	Съдържа или наличие на
6	LOT	Партиден код	12		Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена	18		